

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование репринтируемого органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.001999.08.20 от 13.08.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуги), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического адреса) осуществляется в соответствии с требованиями (перечислить требования) к объектам фактического адреса (ионизирующее излучение).

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Уральская", 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 16, оф. 1 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Уральская", 620137, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Чекистов, дом 16, офис 1 (Российская Федерация)



СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010).

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы): Экспертное заключение № 66-20-16/13-05-2323-2020 от 16.06.2020 года, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-6002 от 27.04.2020 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протокол лабораторных испытаний № П-6002 от 27.04.2020 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протокол лабораторных испытаний № П-6002 от 27.04.2020 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015).

Заключение действительно до 08.08.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3301164





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 66.01.32.000.М.001999.08.20 от 13.08.2020 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппарата рентгенодиагностического используемого в медицинских целях.

Характеристика источника ионизирующего излучения:


1. Рентгеновский диагностический аппарат "Essenta DR Compact", 2 и 3 рабочее место, зав.№ 13000074

2013 год выпуска, 2013 год монтажа.

Вид работ: рентгенодиагностика

Размещение: рентгенодиагностический кабинет № 112, 1 этаж административного здания, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 16, оф. 1.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

