



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.000649.04.21 от 28.04.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) смотри приложение.

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Уральская"; 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 16 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Клиника "Уральская"; 620137, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Чекистов, дом 16, офис 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 66-20-16/13-05-1113-2021 от 01.04.2021 года, экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П-3813 от 22.03.2021 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протокол лабораторных испытаний № П-3813 от 22.03.2021 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат "Системы" № РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015).



Заключение действительно до 08.08.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3302512



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 66.01.32.000.М.000649.04.21 ОТ 28.04.2021 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид деятельности: Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих) - аппарата рентгеновского используемого в медицинских целях.

Характеристика источника ионизирующего излучения:

1. Маммограф "МХ-600",
зав.№ GMA 080404-50320,
2020 год выпуска, 2021 год монтажа.

Вид работ: маммография.

Размещение: маммографический кабинет № 408а, 4 этаж административного здания, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 16.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

